

Россия, 129075, Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1  
тел.: +7 495 212-11-60  
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Контроль качества покрытия
- Контроль истирания

## Прибор для испытания на истирание падающим песком BGD 529



**Прибор для испытания на истирание падающим песком BGD 529** разработан в соответствии с ASTM D 968. Он используется для определения характеристик сопротивления истиранию органических покрытий.

Абразиву позволяют падать с заданной высоты через направляющую трубку на панель с покрытием, пока подложка не станет видимой. Количество абразива на единицу толщины пленки выражается как сопротивление истиранию покрытия на панели.

- Воронка с веерообразным переключателем удобнее в эксплуатации
- Расстояние между направляющей трубкой и держателем образца калибруется с помощью специального инструмента, который идет в комплекте с тестером, обеспечивая более точные измерения.
- Установочную высоту воронки можно свободно регулировать нижним подшипником.

**Информация для заказа:**

- BGD 529 --- Прибор для испытания на истирание падающим песком
- BGD 1370 --- Стандартный песок (25 кг/упаковка)

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.  
Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши  
вопросы.

